

Corrosion Salt

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: Cloruro de sodio (NaCl) | **LOTE:** XIS20CS0602 | **FECHA:** 2020-10

PARÁMETRO	RESULTADO
NaCl	99.95 % p/p
Plomo	< 2.5 ppm
Fierro	< 0.6 ppm
Cobre	< 0.3 ppm
Calcio	5.0 ppm
Magnesio	4.7 ppm
Arsénico	0 ppm
Sulfatos	<0 .019 % p/p
Metales pesados como Pb*	0 ppm
Agentes anti-aglutinantes**	NO DETECTADOS

*Esta prueba está designada para limitar las impurezas metálicas debido a arsénico, bismuto, cadmio, mercurio, molibdeno, plomo, antimonio, cobre, estaño. Estos metales pesados son expresados como plomo.

** Basado en el contenido de SiO₂.

Los análisis fueron realizados por laboratorios externos a Xperto Integral Systems, S.A. de C.V.

M. Cantú

