

Corrosion Salt

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: Cloruro de sodio (NaCl) | **LOTE:** XIS22CS0401 | **FECHA:** 2022-01

PARÁMETRO	RESULTADO
NaCl	99.97% p/p
Plomo	< 2.5 ppm
Fierro	<0.2 ppm
Cobre	<0.3 ppm
Calcio	8.0 ppm
Magnesio	5.0 ppm
Arsénico	0 ppm
Sulfatos	<0.022% p/p
Metales pesados como Pb*	0 ppm
Agentes anti-aglutinantes**	NO DETECTADOS

*Esta prueba está designada para limitar las impurezas metálicas debido a arsénico, bismuto, cadmio, mercurio, molibdeno, plomo, antimonio, cobre, estaño. Estos metales pesados son expresados como plomo.

** Basado en el contenido de SiO₂.

Los análisis fueron realizados por laboratorios externos a Xperto Integral Systems, S.A. de C.V.

M. Cantú

