

Corrosion Salt

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: Cloruro de sodio (NaCl) | **LOTE:** XIS23CS0101 | **FECHA:** 2023-03

PARÁMETRO	RESULTADO
NaCl	99.97 % p/p
Plomo	< 2.5 ppm
Fierro	< 2.5 ppm
Cobre	< 0.3 ppm
Calcio	4.3 ppm
Magnesio	3.9 ppm
Arsénico	< 1.0 ppm
Sulfatos	< 0.05 % p/p
Metales pesados como Pb*	< 10.00 ppm
Agentes anti-aglutinantes**	NO DETECTADOS

*Esta prueba está designada para limitar las impurezas metálicas debido a arsénico, bismuto, cadmio, mercurio, molibdeno, plomo, antimonio, cobre, estaño. Estos metales pesados son expresados como plomo.

** Basado en el contenido de SiO₂.

Los análisis fueron realizados por laboratorios externos a Xperto Integral Systems, S.A. de C.V.

M. Cantú

