

Corrosion Salt

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: Cloruro de sodio (NaCl) | **LOTE:** XIS25CS0102 | **FECHA:** 2025-01 | **CADUCIDAD:** 2028-01

PARÁMETRO	RESULTADO
NaCl	99.97 % p/p
Plomo	< 2.5 ppm
Hierro	< 2.5 ppm
Cobre	< 0.3 ppm
Calcio	4.0 ppm
Magnesio	3.9 ppm
Arsénico	< 1.0 ppm
Sulfatos	< 0.05 % p/p
Metales pesados como Pb*	< 10.00 ppm
Agentes anti-aglutinantes**	NO DETECTADOS
Haluros (Bromo, Fluor, Yodo) excluido el Cloro	NO DETECTADOS (< 0.01%)
Total de Impurezas	0.03% P/P

*Esta prueba está designada para limitar las impurezas metálicas debido a arsénico, bismuto, cadmio, mercurio, molibdeno, plomo, antimonio, cobre, estaño. Estos metales pesados son expresados como plomo.

** Basado en el contenido de SiO_2 .

Esta sal cumple con las especificaciones descritas en los siguientes métodos de ensayo, ASTM B117-19 y ISO 9227: 2017-3

Los análisis fueron realizados por laboratorios externos a Xperto Integral Systems, S.A. de C.V.

M. Cantú

